

Banco de Dados

O Umidata 4 utiliza um arquivo do tipo Access para armazenar as coletas dos medidores.

O banco de dados não possui nenhuma senha para acesso.

Localização

O arquivo possui o nome "**UmiData4.accdb**" e se encontra na mesma pasta onde foi instalado o Umidata (normalmente "**C:\UmiData 4**").

Local típico: "**C:\UmiData 4\UmiData4.accdb**"

Estrutura

Todas as coletas estão situadas dentro da tabela chamada "**TBL_DADOS**".

Cada linha da tabela representa um pacote/lote de leituras.

Esta tabela possui a seguinte estrutura:

Nome	Tipo	Descrição
Id	Inteiro	Identificador auto incremental.
IdColeta	Inteiro	Contador auto incremental de cada descarregada de dados para o PC.
Leituras	Texto	Estrutura XML contendo os dados das medições do pacote.
Dispositivo	Inteiro	Código do tipo do dispositivo utilizado nas medições.
DataInicio	Data/Hora	Data da primeira leitura do pacote.
DataFim	Data/Hora	Data da última leitura do pacote.
DataDescarga	Data/Hora	Data da descarga dos dados para o PC.
Pacote	Inteiro	Numero do pacote (sempre inicia do 1 após a zerada das coletas no dispositivo)

Campo1	Texto	Informação entrada pelo usuário. (opcional)
Campo2	Texto	Informação entrada pelo usuário. (opcional)
Campo3	Texto	Informação entrada pelo usuário. (opcional)
Campo4	Texto	Informação entrada pelo usuário. (opcional)
Campo5	Texto	Informação entrada pelo usuário. (opcional)
Campo6	Texto	Informação entrada pelo usuário. (opcional)
Campo7	Texto	Informação entrada pelo usuário. (opcional)
Campo8	Texto	Informação entrada pelo usuário. (opcional)
Estufa	Inteiro	Numero da estufa entrada pelo usuário. (opcional)
Ciclo	Inteiro	Numero do ciclo entrado pelo usuário. (opcional)

Leituras

A coluna de leituras no banco de dados utiliza uma estrutura em formato XML para armazenar diversas informações que forma descarregadas do dispositivo medidor.

O exemplo abaixo representa um pacote de leituras contendo 5 medições.

As medições estão agrupadas e são separadas por um ponto e vírgula.

```

<root>
  <Umidade>4,4;5,4;5,1;5,1;5,1</Umidade>
  <Data>18/02/2022 10:20:00;18/02/2022 10:20:00;18/02/2022 10:20:00;18/02/2022
10:20:00;18/02/2022 10:20:00</Data>
  <Receita_Densidade>45;45;45;45;45</Receita_Densidade>
  <Receita_Largura>0;0;0;0;0</Receita_Largura>
  <Receita_Numero>0;0;0;0;0</Receita_Numero>
  <Receita_Codigo>0;0;0;0;0</Receita_Codigo>
  <Peso>0;0;0;0;0</Peso>
  <Temperatura>41;41;41;41;41</Temperatura>
  <Flag_TipoDensidade>0;0;0;0;0</Flag_TipoDensidade>
  <Camada>0;1;1;1;1</Camada>
  <Habilitado>True;True;True;True;True</Habilitado>
  <Receita_Umd>0;0;0;0;0</Receita_Umd>
  <Receita_Cpc>0;0;0;0;0</Receita_Cpc>
  <Receita_Ajt>0</Receita_Ajt>

```

```
<Receita_Ext1>0;0;0;0;0</Receita_Ext1>
<Receita_Ext2>0;0;0;0;0</Receita_Ext2>
</root>
```

No exemplo acima temos as seguintes leituras:

```
<Umidade>4,4;5,4;5,1;5,1;5,1</Umidade>
<Data>18/02/2022 10:20:00;18/02/2022 10:20:00;18/02/2022 10:20:00;18/02/2022 10:20:00;18/02/2022
10:20:00</Data>
```

Umidade	Data
4,4	18/02/2022 10:20:00
5,4	18/02/2022 10:20:00
5,1	18/02/2022 10:20:00
5,1	18/02/2022 10:20:00
5,1	18/02/2022 10:20:00

Dispositivos

	Estufa/Ciclo	Peso/Densidade	Densidade/Largura
52	x		
55	x		x
61			
71			
75		x	
75d		x	

Revisão #3

Criado Fri, Feb 25, 2022 11:10 AM por [Alessandro Ueki](#)

Atualizado Fri, Feb 25, 2022 12:56 PM por [Alessandro Ueki](#)